

血糖測定に関するお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび血液検査用グルコースキット及び自己検査用グルコースキットにおける血糖検査に対する有機リン剤中毒の解毒剤であるプラリドキシムヨウ化メチルの影響について、試薬製造業者より連絡がございましたので、取り急ぎお知らせ申し上げます。

「プラリドキシムヨウ化メチル注射液（薬剤名：パム静注 500mg、製造販売元：大日本住友製薬株式会社）を投与中の患者様で、実際の血糖値よりも高値を示すことがあり、その偽高値に基づきインスリン等の血糖降下剤を過量投与することにより、昏睡等の重篤な低血糖症状があらわれるおそれがある」ということが判明し、試薬製造業者でプラリドキシムヨウ化メチルによる血糖測定値の影響確認試験を行いました。

その結果、弊社で使用している血糖測定試薬につきましては、プラリドキシムヨウ化メチルの影響がないことを確認しております。

なお、日本臨床検査薬協会ホームページには、血糖測定試薬の全ての製造販売業者が行った本薬剤に対する試験成績が掲載されておりますのでご参照ください。

また、プラリドキシムヨウ化メチルに関する情報につきましては、大日本住友製薬(株)のホームページをご参照ください。

謹白

関連情報

- 1) 日本臨床検査薬協会ホームページに本薬剤に対する試験成績に関する記載があります。

<http://www.jacr.or.jp/>

- 2) 大日本住友製薬(株)ホームページに本薬剤の「使用上の注意改訂のお知らせ」に関する記載があります。

<http://ds-pharma.jp/medical/product/kaitei.html>